NORME INTERNATIONALE ISO 22743:2006
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2007-08-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Qualité de l'eau — Dosage des sulfates — Méthode par analyse en flux continu (CFA) —

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Water quality — Determination of sulfates — Method by continuous flow analysis (CFA)

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 22743:2006 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 147, *Qualité de l'eau*, sous-comité SC 2, *Méthodes physiques, chimiques et biochimiques.*

Page 3, 5.15, ligne 2

Enlever «concentré (5.3)» et insérer «dilué (5.14)».

La deuxième phrase est maintenant:

Ajouter 4 ml d'acide chlorhydrique dilué (5.14) et 360 ml d'éthanol (5.10).

ICS 13.060.50 **Réf. nº ISO 22743:2006/Cor.1:2007(F)**

© ISO 2007 – Tous droits réservés

Publié en Suisse

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn