



**NORME INTERNATIONALE ISO 8037-2:1997**  
**RECTIFICATIF TECHNIQUE 1**

Publié 2002-11-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Optique et instruments d'optique — Microscopes — Lames  
porte-objet —**

**Partie 2:**

**Qualité des matériaux, normes de finition et mode d'emballage**

**RECTIFICATIF TECHNIQUE 1**

*Optics and optical instruments — Microscopes — Slides —*

*Part 2: Quality of material, standard of finish and mode of packaging*

*TECHNICAL CORRIGENDUM 1*

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 8037-2:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 172, *Optique et instruments d'optique*, sous-comité SC 5, *Microscopes et endoscopes*.

---

*Page 2, 3.16*

Remplacer la note par le texte suivant:

NOTE Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 8037, la longueur d'évaluation est de 60 mm pour des lames porte-objet de 76 mm de long, et de 30 mm pour des lames porte-objet de 45 mm de long. La longueur d'évaluation doit représenter une longueur de base (voir 4.16 de l'ISO 4287-1:1984).

*Page 3, 4.1.1 et 4.1.2*

Remplacer le texte de 4.1.1 par le texte suivant:

**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**